



znak sprawy EZ/201/2026/MK

Kielce 25.09.2026r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 poz. 793). Przedmiotem zamówienia „*Zakup respiratora z wyposażeniem dla noworodków i dzieci na potrzeby Pododdziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka WSZZ w Kielcach*”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 793), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy w ramach doprecyzowania Zamawiający potwierdza, że wymóg trybu NAVA odnosi się do innej części zamówienia (respiratora), a odpowiedź w pozycji 92 oznaczała jedynie, że tryb manualny nawilżacza nie jest wymagany?

Odpowiedź: Informacja o trybie NAVA dotyczy innej pozycji przetargowej i nie dotyczy nawilżacza – tryb manualny nawilżacza nie jest bezwzględnie wymagany.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści nawilżacz, który oferuje wszystkie wymagane tryby automatyczne, a w pełni konfigurowalny tryb manualny posiada jedynie jako opcję dodatkową.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza nawilżacz oferujący wymagalne tryby automatyczne z manualnym trybem jako funkcją dodatkową.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026r poz. 793), przesunął termin składania i otwarcia ofert.


Nowe terminy otwarcia i składania ofert:

Termin składania ofert: 01.10.2026r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 01.10.2026r godz. 10.30

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść pkt. 23 SWZ- Termin związania ofertą nadając mu nowe brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.10.2026r.



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”.

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w/lub pod formularzem minimalnych parametrów i warunków technicznych danego pakietu. Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kiwańska
25-09-2026

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia
Krzysztof Bida
22.09.2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor

Patrycja A. Jędrzejowska
Radca Prawny
KI-1400

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/30-33-516
magdalena.kuszevska@wszkielce.pl