


**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

tel: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623

e-mail: szpital@wszkielce.plwww.wszkielce.pl

Kielce, dnia 01.10.2026r.

EZ/193/2026/MK*Do wszystkich zainteresowanych*

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2026r. poz.793) **Zakup i dostawa sprzętu medycznego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostaw niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.**

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA PAKIETU 3

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity :Dz.U. z 2026 r., poz. 793) informuje, iż jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Pakiet 3- Resektoskop bipolarny (4 kpl)

Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena oferty brutto	Ilość przyznanych punktów w kryterium - cena 60%	Ilość przyznanych punktów w kryterium - termin realizacji zamówienia 20%	Ilość przyznanych punktów w kryterium – dodatkowy okres gwarancji 20%	Suma uzyskanych punktów
2	Karl Storz Polska sp. z o.o. Ul. Hołubcowa 123 Warszawa REGON 243706097 NIP 6312655205 KRS 0000535153 województwo mazowieckie	140 583,04 zł	60 pkt	0 pkt	0 pkt	60 pkt

W wyniku dokonania badania i oceny oferty wybrana została oferta Wykonawcy:

Karl Storz Polska sp. z o.o.

Ul. Hołubcowa

123 Warszawa

REGON 243706097


NIP 6312655205

KRS 0000535153

cena brutto: 140 583,04 zł**Dział Zamówień Publicznych**

tel. 41/30-33-516

e-mail. magdalena.kuszevska@wszkielce.pl



Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Zgodnie z treścią art.239 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Oferta otrzymała największą liczbę punktów zgodnie ze wzorami w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ponadto, Zamawiający odrzuca ofertę złożoną przez firmę GIN-MEDICAL Sp. z o.o., ul. Warszawska 57, Iwanowice Dworskie, 32-095, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia.

Wykonawca zaoferował resektoskop bipolarny, którego wymagania minimalnych parametrów techniczno-funkcjonalne nie spełniają wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ (Załącznik nr 2.3) w szczególności:

✓ **Pkt. 1.2- światłowod:**

Zamawiający wymagał światłowodu o długości 230 cm i średnicy 2,5 mm, natomiast Wykonawca zaoferował światłowod o średnicy 3,5 mm, co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego;

✓ **Pkt 1.3-płaszcz resektoskopowy:**

Zamawiający wymagał płaszcza resektoskopowego w rozmiarze 15 Fr, natomiast Wykonawca zaoferował płaszcz w rozmiarze 17 Ch. Jednocześnie Zamawiający w piśmie z dnia 04.09.2026 r. „Odpowiedzi na pytania”, opublikowanym w dniu 07.09.2026 r., w odpowiedzi nr 8 nie dopuścił zastosowania resektoskopu w innym rozmiarze.

✓ **Pkt 1.4- obturator:**

Zamawiający wymagał obturatora kompatybilnego z płaszczem 15 Fr, natomiast Wykonawca zaoferował obturatora 17,5. Ponadto Zamawiający w piśmie z dnia 04.09.2026 r. „Odpowiedzi na pytania”, opublikowanym w dniu 07.09.2026 r., w odpowiedzi nr 7 nie dopuścił zastosowania obturatora kompatybilnego z płaszczem 19 Fr.

W związku z powyższym zaoferowany przez Wykonawcę resektoskop bipolarny nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ. W konsekwencji oferta GIN-MEDICAL Sp. z o.o. w zakresie Pakietu nr 3 podlega odrzuceniu.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Edyta Kwaśniewska

Krzysztof Jan Saks

Radca Prawny
WA - 13940

Z-CA DYREKTORA
ds. leczenia

Krzysztof Bidas
2026 -10- 02

0 1 -10- 2026

Dział Zamówień Publicznych

tel. 41/30-33-516

e-mail. magdalena.kuszewska@wszkielce.pl