

EZ/225/2026/MZ

Kielce, dn. 12.10.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na „*Zakup aparatu echokardiograficznego na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach realizacji zadania pn. „Inwestycje w ochronie zdrowia”*”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Pytanie nr 1 – dot. SWZ 12 c. przedmiotowe środki dowodowe(...)

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający wymaga załączenia z ofertą foldery/katalogi/ulotki (...).

Katalogi są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego. Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru w katalogach, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza oświadczenie autoryzowanego dystrybutora w przypadku braku częściowych opisów w katalogach producenta.

Pytanie nr 2 – dot. SWZ 12 c. przedmiotowe środki dowodowe(...)

Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia w dokumentach zawierających opis/folderach informacyjnych jedynie parametrów technicznych wymaganych w tabeli parametrów technicznych, a wymóg ten nie dotyczy innych postanowień odnoszących się np. „gwarancji, serwisu, terminu realizacji i dokumentów”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wymóg potwierdzenia w opisach/katalogach dotyczy jedynie parametrów technicznych i nie dotyczy innych postanowień odnoszących się np. „gwarancji, serwisu, terminu realizacji i dokumentów”.

Pytanie nr 3 – dot. dot. SWZ 12 c. przedmiotowe środki dowodowe(...)

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku fizycznego zaznaczania (np. zakreslania lub opisywania) wymaganych parametrów technicznych bezpośrednio na załączanych kartach katalogowych oferowanych urządzeń. Na rzecz wskazania dokumentu przedmiotowego oraz konkretnych numerów stron z dołączonych kart katalogowych, które jednoznacznie potwierdzają spełnienie każdego z wymaganych przez Zamawiającego parametrów (tak jak wskazuje załącznik nr 2 do SWZ Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

Uzasadnienie:

Wprowadzenie takiego rozwiązania ułatwi i przyspieszy proces weryfikacji ofert. Zamawiający otrzyma czytelne i uporządkowane zestawienie (tabelę), które precyzyjnie odeśle osobę sprawdzającą do odpowiednich miejsc w dokumentacji produkcyjnej. Zapobiegnie to również ryzyku przeoczenia lub nieczytelnego zaznaczenia parametrów na wielostronicowych dokumentach katalogowych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazanie dokumentu przedmiotowego oraz konkretnych numerów stron z dołączonych kart katalogowych.

Pytanie nr 4 – dot. Załącznika nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

W związku z faktem, iż przedmiot zamówienia może obejmować produkty, które są opodatkowane różnej wysokości stawkami VAT, prosimy o potwierdzenie, iż wykonawca będzie miał możliwość modyfikacji arkusza obliczenia ceny poprzez dodanie kolejnego wiersza i dokonania podziału pozycji w nim zawartych w celu wyszczególnienia różnych stawek VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Wykonawca w formularzu ofertowym winien wskazać właściwe stawki podatku VAT mające zastosowanie do oferowanego produktu, np. 8%, 23%, i wpisać prawidłową wartość brutto. Dodatkowo zgodnie z zapisem w Załączniku nr 2 do SWZ poz. 60. „Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego”.

Pytanie nr 5 – dot. Załącznika nr 2 do SWZ opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 3 ust. 3 b

Uprzejmie prosimy o wykreślenie obowiązku dostarczenia karty gwarancyjnej – gwarancja zostaje udzielona na podstawie zapisów umownych, co w świetle przepisów prawa cywilnego (art. 577 i n. KC) jest wystarczające do skutecznego ustalenia obowiązywania gwarancji. W przypadku nowoczesnego sprzętu medycznego coraz częściej nie stosuje się odrębnych „kart gwarancyjnych”, a warunki gwarancji wynikają z zapisów kontraktowych. Dodatkowo, zapisu karty gwarancyjnej mogłyby wprowadzać niepotrzebne sprzeczności lub wątpliwości co do interpretacji postanowień umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ. Dokument gwarancji winieć jednoznacznie określić gwaranta, który w przypadku upadłości, likwidacji wykonawcy składającego ofertę ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji. Jednocześnie w niniejszym dokumencie mogą się zawierać postanowienia wyłączające gwarancję o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 6 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 7 ust. 3

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności naprawy zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas trwania napraw, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci: „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 7 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację:

Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat.

Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 7

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączenie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu wyłączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu w następujący sposób: Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych (z wyłączeniem głowicy). Gwarancja nie obejmuje defektów lub osłabień działania (włączając niedopasowanie do opisu produktu bądź jego specyfikacji), które są całkowicie lub częściowo spowodowane:

- niewłaściwym przechowywaniem lub transportem produktu przez Kupującego, osoby przez niego zatrudnione lub inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- nie przygotowanie przez Kupującego miejsca, nie zapewnienie dostaw prądu lub nie zabezpieczenie warunków działania wymienionych w odpowiednich instrukcjach lub przedstawionych przez Sprzedawcę lub producenta,
- nie posiadanie któregoś z produktów, podzespołów lub akcesoriów zalecanych przez Sprzedawcę lub producenta, a pominiętych na polecenie Kupującego,
- warunkami, specyfikacjami, instrukcjami wydanymi przez Kupującego, jego pracowników inne osoby działające na rzecz Kupującego,
- zmianami w produkcie wprowadzone przez osoby inne niż Sprzedawca,
- łączeniem produktu Sprzedawcy z innymi produktami,
- łączeniem niekompatybilnych produktów Sprzedawcy,
- niewłaściwym bądź niezgodnym z instrukcją użytkowaniem produktu, niewłaściwą obsługą produktu, nie wykonaniem instrukcji i zaleceń Sprzedawcy lub producenta lub użytkowaniem sprzętu niezgodnym z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń sprzętu spowodowanych korzystaniem przez Kupującego z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,
- zaistnieniem siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Sprzedawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 3 do SWZ, jednocześnie informuje, iż w dokumencie gwarancji mogą być zawarte ww. postanowienia pod warunkiem, iż nie nakładają na Zamawiającego dodatkowych aktów staranności niż standardowe dotyczące danej grupy urządzeń.

Pytanie nr 9 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 7 ust. 12

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej

w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści: „Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 8 ust. 1 pkt 2b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu 250,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki w dostawie.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 11 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 8 ust. 1 pkt 2c

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu 150,00 zł licząc za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych w okresie gwarancji.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 12 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 8 ust. 2

Określenie górnego limitu naliczenia kary umownej na tak wysokim poziomie w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. Dodatkowo wskazujemy, iż celem art. 436 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019) i wprowadzenie obowiązku przewidywania łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony, było właśnie uniknięcie sytuacji naliczania kar rażąco wygórowanych. Zastosowanie kary na poziomie przewidzianym we wzorze Umowy jest sprzeczne z celem i istotą tego postanowienia. W związku z powyższym proponujemy obniżenie górnego limitu naliczenia kary umownej maksymalnie do wysokości 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 13 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy § 8 ust 3

Prosimy o usunięcie postanowienia § 8 ust 3 projektu umowy uprawniającego Zamawiającego do potrącania kar umownych z wynagrodzeniem wykonawcy. Postanowienie takie narusza zasadę równowagi stron i proporcjonalności.

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniami umowy.

Pytanie nr 14 – dot. Załącznik nr 3 do SWZ Projektowe postanowienia umowy §9

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem zawarcie w umowie ogólnych klauzul, np. "naruszania postanowień umowy" definiuje potencjalnie szeroko zbiór przypadków, który umożliwiłby Zamawiającemu odstąpienie od umowy, ponadto między Stronami mogłoby dojść do sporu w kwestii interpretacji powyższego sformułowania. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Przed odstąpieniem Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.

Odpowiedź:

Załącznik nr 3 do SWZ zawiera tożsame postanowienia w § 9 ust. 4 tj.:

„4. Przed wykonaniem prawa odstąpienia od umowy, strona zamierzająca odstąpić od umowy wyznaczy pisemnie drugiej stronie stosowny termin na usunięcie naruszeń lub usunięcie ich przyczyn, który nie może być jednakże dłuższy niż 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia”.

Pytanie nr 15 – dot. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

W związku z wykonywaniem umowy może dojść do przekazania Wykonawcy i przetwarzania przez niego danych osobowych pacjentów lub personelu Zamawiającego. W takiej sytuacji zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych strony są zobowiązane zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zawarcie takiej umowy i czy wyraża zgodę na zawarcie umowy na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z §12 ust. 3 - Załącznika nr 3 do SWZ, po zawarciu umowy w ramach prowadzonego postępowania, strony przystąpią do wspólnego przygotowania i zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marta Zębała
mgr Marta Zębała
INSPEKTOR

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
Krzysztof Bidas

2026-10-12
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400