Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS ISO 9001

EZ/222/2026/ES

Kielce 21.10.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na „Sukcesywne dostawy różnego sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Klinik i Oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach".

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiazaniu z art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793*) udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożone w postępowaniu.

Pytanie 1
dot. Pakietu nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści igłę PEN w rozmiarze 4mm x 0,23mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 2
dot. Pakietu nr 8 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie układu ze scalonym trójnikiem Y oraz rozłącznym łącznikiem kątowym.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 3
Dotyczy Załącznika Nr 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy § 10 ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych do 20% wartości umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 4
dot. Pakietu nr 9 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów 0,21x4 mm (33G), takie jak dotychczas dostarczane, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
dot. Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków zaopatrzonych w metalowy pierścień o konstrukcji umożliwiającej jego rozpięcie, bez zastawki wewnętrznej o wymiarach:
- w pozycji 1 – 6,4 cm – 9 cm x 15,5 cm x 17 cm
- w pozycji 2 -11,5 cm x 15 cm-18 cm
- w pozycji 3 – 11,5 cm – 19 cm x 21 cm -23 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Worki muszą posiadać zastawkę wewnętrzną.

Pytanie 6
dotyczy wzoru mowy §10 ust. 1 pkt 2 b)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl


PRS
ISO 9001

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w dostawie, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 7
dotyczy wzoru umowy §10 ust. 1 pkt 2 c)
Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

Pytanie 8
dot. Pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr dla dorosłych o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci celulozowy
- Przestrzeń martwa: 43ml
- Waga: 32g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 31mg przy Vt500
- Oporność: 1,1hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Zdjęcie poglądowe:



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga przestrzeni martwej nie większej niż 38ml i skuteczności nawilżania przy Vt500 – 37mg (wysoce efektywne podczas długotrwałej wentylacji).

Pytanie 9
dot. Pakietu nr 4, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr dla dzieci o parametrach:
- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-300ml
- Skuteczność nawilżania: 29mg przy Vt500
- Oporność: 2,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Zdjęcie poglądowe:




Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Parametry niezgodne z wymaganiami.

Pytanie 10
dot. Pakietu nr 4, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr dla noworodków o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci celulozowy
- Przestrzeń martwa: 9ml
- Waga: 10g
- Objętość oddechowa: 50-100ml
- Skuteczność nawilżania: 26mg przy Vt500
- Oporność: 1,9hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15M-15F
- Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Zdjęcie poglądowe:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl



Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Skuteczność filtracji bakteryjnej niezgodna z wymogami.

Pytanie 11
dot. Pakietu nr 5, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze dla dorosłych na całe ciało w rozmiarze 193 x 120cm, wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, uniwersalny port wlotowy można podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Warm Air), radiologicznie przezierna, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
dot. Pakietu nr 5, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści kołderki grzewcze pediatryczne na całe ciało w rozmiarze 153 x 100cm, wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, uniwersalny port wlotowy można podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Warm Air), radiologicznie przezierna, pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 13
dot. Pakietu nr 8, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy dla dorosłych: rury wykonane z polipropylenu, elastyczne z pamięcią kształtu rur, dwie rury rozciągliwe o regulowanej długości w zakresie od ok. 50 do 180 cm , dodatkowa rura do worka o regulowanej długości do 150cm, złącza 22mmF, zapewniające stabilne połączenie i pozytywne testy szczelności, średnica rur 22mm, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika, worek oddechowy bezlateksowy 2l zakończony złączem 22mmF, bez koszyczka i uchwytu, sterylny, opakowanie papier-folia, możliwość użycia do 7 dni poświadczone oświadczeniem producenta, opakowanie 50 szt.?

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 14
dot. Pakietu nr 8, pozycja nr 1
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy gładki dla dorosłych: rury wykonane z PCV, dwie rury o długości 180 cm , dodatkowa rura do worka o długości 120cm, złącza 22mmF, zapewniające stabilne połączenie i pozytywne testy szczelności, średnica rur 22mm, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika, worek oddechowy bezlateksowy 2l zakończony złączem 22mmF, bez koszyczka i uchwytu, sterylny, opakowanie papier-folia, możliwość użycia do 7 dni poświadczone oświadczeniem producenta, opakowanie 25 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pakiet nr 15
dot. Pakietu nr 8, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy rozciągliwy pediatryczny: rury wykonane z polipropylenu, elastyczne z pamięcią kształtu rur, dwie rury rozciągliwe do 160cm, dodatkowa rura do worka rozciągliwa do 100cm, złącza 22mmF zapewniające stabilne połączenie i pozytywne testy szczelności, średnica rur 15mm, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika o średnicy wewnętrznej 8mm, worek oddechowy bezlateksowy 1l zakończony złączem 22mmF, bez koszyczka i uchwytu, czysty mikrobiologiczne, opakowanie folia, z możliwością użycia do 7 dni poświadczone oświadczeniem producenta, opakowanie 50 szt.?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 16
dot. Pakietu nr 1 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 1 sterylny worek do pobierania preparatów, jednorazowego użytku, wykonany z poliuretanu medycznego (nieporowatego, o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie), bez lateksu i ftalanów, o pojemności 400 ml i wymiarach worka ok. 8 x 14 cm, ze trzonem/prowadnicą o średnicy 10 mm i długości 33 cm, z zewnętrznie obsługiwanym automatycznym otwieraniem worka, sztywnym atraumatycznym pierścieniem metalowym, nicią zamykającą i systemem uwalniania worka od prowadnicy, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej pojemności 250-300 ml oraz wymiarów worka 6,4-9 x 14,5-15 i opisanej konstrukcji prowadnicy? Uzasadnienie: Oferowany worek spełnia to samo przeznaczenie kliniczne: bezpieczne usunięcie preparatu z jamy brzusznej w technice laparoskopowej przez port 10 mm. Parametry kluczowe dla techniki zabiegu – średnica trzonu (10 mm), długość trzonu (33 cm, w zakresie wymaganym 29-33 cm), szerokość worka (ok. 8 cm, w zakresie wymaganym) oraz brak lateksu i ftalanów – są zgodne, a długość worka różni się marginalnie (ok. 14 vs 14,5-15 cm). Większa pojemność (400 ml zamiast 250-300 ml) jest korzystna klinicznie, ponieważ zapewnia zapas objętości dla preparatu i nie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta ani technikę zabiegu; różnica ma charakter marginalny i mieści się w standardzie rynkowym, w którym worki oferowane są w stopniowanych pojemnościach (np. 200 / 400 / 700 ml). Wymaganie w obecnym brzmieniu – obejmujące bardzo szczegółowe cechy konstrukcyjne (m.in. zamek w metalowym pierścieniu, dwa zamknięte uchwyty nożycowe, zastawka po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy, wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, wąskie zakresy wymiarów) – może wskazywać na rozwiązanie jednego producenta i ograniczać konkurencję, co w świetle art. 99 ust. 4 Pzp jest niedopuszczalne, jeżeli mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania produktów. Opis przedmiotu zamówienia powinien być

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

sformułowany funkcjonalnie z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych (art. 99 ust. 5-6, art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp). Drobne różnice wymiarowe bez wpływu na zastosowanie kliniczne nie powinny eliminować wykonawców; ewentualna odmowa dopuszczenia powinna wynikać z obiektywnej potrzeby Zamawiającego, którą należałoby wykazać (zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania – art. 16 pkt 1 Pzp). Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ / jej zmianę – art. 135 ust. 1 i art. 137 Pzp.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Worek jest za duży.

Pytanie 17
dot. Pakietu nr 1 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 2 sterylny, jednorazowy worek do pobierania preparatów wykonany z poliuretanu, bez lateksu i ftalanów, z metalowym pierścieniem samorozprężalnym, nicią zamykającą oraz trzonem wprowadzającym o średnicy 10 mm i długości 33 cm, o pojemności 700 ml i wymiarach worka ok. 10 x 20 cm, o tej samej funkcjonalności, zamiast wymaganej pojemności 600-680 ml i wymiarów worka 13-13,5 x 15-18? Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie, czy podane w opisie wymiary worka (13.5 mm – 13 mm x 15 mm – 18 mm) są wyrażone w mm czy w cm. Uzasadnienie: Oferowany wariant jest tego samego rodzaju (poliuretan), ma tę samą średnicę trzonu (10 mm), ten sam sposób użycia i to samo przeznaczenie kliniczne, tj. bezpieczną ekstrakcję preparatów z jamy brzusznej w zabiegach laparoskopowych. Różnica pojemności (700 ml wobec górnej granicy 680 ml, tj. ok. 3%) jest marginalna, mieści się w typowych tolerancjach produkcyjnych i w niczym nie wpływa na technikę zabiegu ani na bezpieczeństwo pacjenta; większa pojemność jest dla zabiegu korzystna lub neutralna. Opis wymiarów worka zawiera oczywistą nieścisłość (zakres 13.5 mm – 13 mm; jednostki mm przy rozmiarach worka), co wymaga wyjaśnienia na podstawie art. 135 Pzp, gdyż opis przedmiotu zamówienia powinien być jednoznaczny i wyczerpujący (art. 99 ust. 1 Pzp). Ponadto wymaganie w obecnym brzmieniu, obejmujące m.in. zastawkę po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy, wskaźnik kierunku ułożenia, pierścień z zamkiem, a także wąskie przedziały pojemności i długości, może odzwierciedlać cechy rozwiązania jednego producenta. Art. 99 ust. 4 Pzp zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób mogący utrudniać uczciwą konkurencję, w tym przez wskazanie cech charakteryzujących produkty konkretnego wykonawcy, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 99 ust. 5-6 i art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp przedmiot zamówienia może być opisany przez wymagania funkcjonalne z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. Zgodnie z orzecznictwem KIO wymagania muszą wynikać z obiektywnych potrzeb zamawiającego, a drobne różnice wymiarowe bez wpływu na zastosowanie kliniczne nie powinny eliminować wykonawców. Odmowa dopuszczenia wariantu o różnicy 20 ml pojemności wymagałaby zatem wykazania obiektywnej potrzeby zamawiającego. Pytanie 3 – dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1, poz. 3 sterylny worek do pobierania preparatów, jednorazowego użytku, wykonany z poliuretanu medycznego, wolny od lateksu i ftalanów (w tym DEHP), o pojemności 1500 ml, wymiarach worka ok. 14 x 23 cm, średnicy trzonu 12 mm, z długością trzonu/prowadnicy 33 cm zamiast wymaganych 29–30 cm, z ergonomicznym uchwytem pierścieniowym, ze sztywnym metalowym pierścieniem samorozprężającym worek, z nicią umożliwiającą odroczenie pobrania preparatu oraz z systemem uwalniania worka, o tej samej funkcjonalności i przeznaczeniu klinicznym? Uzasadnienie: Oferowany wariant ma pojemność, wymiary worka i średnicę trzonu w zakresach wskazanych w opisie. Różni się długością trzonu (33 cm zamiast 29–30 cm, czyli o 3–4 cm). Różnica jest marginalna, mieści się w standardzie rynkowym i nie wpływa na technikę zabiegu, bezpieczeństwo pacjenta ani zdolność worka do ekstrakcji preparatu przez port 12 mm. Trzon o średnicy 12 mm zapewnia właściwe dopasowanie do trokara. Worek jest sterylny, jednorazowy, z poliuretanu medycznego, bez lateksu i ftalanów, ze sztywnym atraumatycznym pierścieniem metalowym, nicią retencyjną i systemem uwalniania worka, więc

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

zapewnia te same korzyści kliniczne. Wąski przedział długości prowadnicy (1 cm) oraz szczegółowe cechy konstrukcyjne (zamknięty pierścień z zamkiem, zastawka, dwa zamknięte uchwyty nożycowe, wskaźnik kierunku) mogą w obecnym brzmieniu wskazywać na rozwiązanie jednego producenta, a Zamawiający nie wykazał, że drobne odstępstwa uniemożliwiają osiągnięcie celu zamówienia. Zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp opis przedmiotu zamówienia nie może wskazywać cech charakterystycznych dla produktów konkretnego wykonawcy ani szczególnych rozwiązań konstrukcyjnych lub patentowych, jeżeli mogłoby to uprzywilejować lub wyeliminować niektóre produkty. Dopuszczalny jest opis funkcjonalny z rozwiązaniami równoważnymi (art. 99 ust. 5–6, art. 101 ust. 1 pkt 1 Pzp). Odmowa dopuszczenia wariantu o tak niewielkiej różnicy wymagałaby wykazania obiektywnej potrzeby Zamawiającego, zgodnie z orzecznictwem KIO. Wniosek składamy na podstawie art. 135 ust. 1 i art. 284 Pzp, a w razie dopuszczenia wnosimy o zmianę SWZ (art. 137 i art. 286 Pz
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18
Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19
dot. Pakietu nr 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści igły do penów 0,25mm x 6mm 31G?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 20
dot. Pakietu nr 9 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści igły do penów 6mm x 0,25 mm 31G?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21
dot. Pakietu nr 4 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwprątkowej >99,998% , z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze do 33 g; z portem kapno Luer-lock z korkiem, o przestrzeni martwej max 57ml; posiadający poziom nawilżania 32.3 mgH2O/L przez 24h minimum odpowiednio dla Vt:500ml ; o utracie wilgoci 6mg/L / przez 24h z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalnej objętości oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 180 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,8 cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i WZW C; wolny od latex, ze złączami prostymi 22F/15M-22M/15F
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie skuteczności przeciwbakteryjnej, przeciwwirusowej i przeciwprątkowej, maksymalnej przestrzeni martwej oraz wymaganych parametrów nawilżania dla poszczególnych objętości oddechowych.

Pytanie 22
dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

Prosimy o dopuszczenie: Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej > 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 20 g; z portem kapno na pętelkę , o przestrzeni 28 ml; posiadający poziom nawilżania 30.2mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml:utrata wilgoci 8,4 mg/L / przez 24h z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną kodowany kolorystycznie kolorem zielonym, o objętości oddechowej Vt>90 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min.2,2cm H2O: filtr walidowany do prątków gruźlicy , HIV i wzw C; wolny od latex,; posiadający standardowe złącze 22F/15M-22M/15F, pakowany po 50 szt.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie przestrzeni martwej, parametrów nawilżania, oporu przepływu oraz zakresu objętości oddechowej. Ponadto przedstawiony opis nie potwierdza spełnienia wszystkich wymaganych parametrów skuteczności filtracji.

Pytanie 23
dot. Pakietu nr 8 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dorosłych o średnicy rur i złączy 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PE bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 160 cm zakończone od strony pacjenta połączonym na stałe trójnikiem Y oraz łącznikiem kątowym złącza usztywnione; ramię do worka o stałej długości 80 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 2,1 wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni. Możliwość używania do 7 dni, 1 op=14szt
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany zestaw anestetyczny nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie długości ramion wdechowego i wydechowego (160 cm zamiast 180 cm), długości ramienia do worka oddechowego (80 cm zamiast 90 cm), materiału wykonania rur (PE zamiast PCV), a także wymaganej sterylności produktu.

Pytanie 24
dot. Pakietu nr 8 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie: Jednorazowy zestaw anestetyczny dla dzieci o średnicy rur 15 mm i złączy od strony urządzenia 22 mm, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, wyprodukowany z wysokiej jakości materiału: PE, bez lateksu. Zestaw zawiera: ramię wdechowe i wydechowe o stałej długości 160 cm, zakończone od strony pacjenta trójnikiem Y kątowym z portem Luer Lock, zabezpieczonym zintegrowanym koreczkiem, złącza usztywnione; ramię do worka o długości 120 cm, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1l wraz z łącznikiem do worka. Worek w okolicy szyjki wewnątrz zaopatrzony w koszyczek zapobiegający sklejaniu się jego powierzchni. Możliwość stosowania 7 dni, op=10szt.
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zaproponowany zestaw anestetyczny nie spełnia wszystkich wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie długości ramion wdechowego i wydechowego (160 cm zamiast 150 cm) oraz długości ramienia do worka oddechowego (120 cm zamiast 80 cm). Wymagany układ oddechowy sterylny.

Pytanie 25
dot. Pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr:
Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,9999%, przeciwprątkowej 99.999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci

posiadający wyższy, korzystniejszy poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h minimum odpowiednio dla Vt:
250ml: 38,8;
500ml: 37,5;
750ml: 36,6;
1000ml: 36,2 ;
o mniejszej, korzystniejszej utracie wilgoci mg/L / przez 24h maksimu odpowiednio dla Vt:
250ml: 5;
500ml: 6;
750ml: 6,8;
1000ml: 8,2;
z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej;
o szerszym ,korzystniejszym zakresie objętości oddechowej Vt – 150-1500 (obsługuje wymagany zakres 150 - 1000 ml) posiadający zminimalizowany, korzystniejszy opór przepływu przy 60 l/min. – tylko 1,4 cm H2O, pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania filtra o parametrach wskazanych w pytaniu, ponieważ przedstawiona specyfikacja nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 26
dot. Pakietu nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści filtr bez nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej? Informacja potwierdzona w dokumentach producenta lub dystrybutora, które zostaną złożone wraz z ofertą?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Nadruk na obwodzie filtra z wartościami minimalną i maxymalną objętością oddechową jest wymagany.

Pytanie 27
dot. Pakietu nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr:
Filtr hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,9999% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 15 g;
posiadający wyższy, korzystniejszy poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt:
250ml: 33.80; o mniejszej, korzystniejszej utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt:
250ml: 8,0; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętści oddechowej; kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim/fioletowym ,
o objętości oddechowej Vt - 75 - 300 ml; posiadający zminimalizowany, korzystniejszy opór przepływu przy 20 l/min.1,14 cm H2O: pozostałe parametry zgodnie z swz?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania filtra o parametrach wskazanych w pytaniu, ponieważ przedstawiona specyfikacja nie spełnia wszystkich wymagań określonych w SWZ.

Pytanie 28
dot. Pakietu nr 4, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści równoważny filtr: bez nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej? Informacja potwierdzona w dokumentach producenta lub dystrybutora, które zostaną złożone wraz z ofertą?
Odpowiedź: Odpowiedź jak w pytaniu 26.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

Pytanie 29
dot. Pakietu nr 4, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści filtr pakowany po 75 szt. z możliwością sprzedaży na sztuki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtr pakowany po 75szt, jednakże Zamawiający będzie kupował na sztuki.

Pytanie 30
dot. Pakietu nr 8, poz. 1 i 2
Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy zestawy anestetyczne – Worek w bez koszyczka i silikonowego uchwytu, wykonany ze specjalnej mieszaniny materiałów zapobiegającej sklejaniu się worka?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31
dot. Pakietu nr 8 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści układ bez pułapek wodnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32
dot. Pakietu nr 8, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści układ z ramieniem do worka o stałej długości 150 cm lub 120 cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga długość 120 cm.

Pytanie 33
dot. Pakietu 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach wyłącznie jak poniżej:
filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 150-1500 ml (korzystniejszej), przestrzeń martwa 55 ml, masa 31,7 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 36,8 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze kolankowe, sterylny, z portem kapno typu Luer z koreczkiem na lince, bez lateksu, PCV i ftalanów, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający nie dopuszcza przestrzeni martwej 55ml, która jest znacznie większa od wymaganej. Zwiększona przestrzeń martwa może powodować spadek wentylacji pęcherzykowej, zwiększony wysiłek oddechowy, ponowne wdychanie CO2.

Pytanie 34
dot. Pakietu nr 4 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach wyłącznie jak poniżej:
filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 12 ml, masa 13.5 g, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 100-300ml, poziom nawilżania 24 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno luer-lock, bez lateksu, PCV i ftalanów, pakowany pojedynczo?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Objętości oddechowe nie spełniają wymogów specyfikacji.

Pytanie 35
dot. Pakietu nr 4 poz. 2

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS
ISO 9001

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, dla objętości oddechowej 75-1200 ml, przestrzeń martwa 26 ml, masa 18 g, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg/l H2O, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo w opakowanie papier- folia?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Za duża przestrzeń martwa.

Pytanie 36
dot. Pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód z ramieniem do worka o długości 90cm?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zbyt duża różnica długości ramienia do worka.

Pytanie 37
dot. Pakietu nr 8 poz. 1-2
Czy Zamawiający dopuści obwód z workiem bez silikonowego uchwytu?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Element uchwyt odpowiada za prawidłowe pozycjonowanie rur.

Pytanie 38
dot. Pakietu nr 8 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści obwód z nierozłącznym Y?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 39
dot. Pakietu nr 8 poz. 1 -2
Czy Zamawiający dopuści obwód rozciągliwy?
Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Nie dopuszczamy ze względu na gromadzenie się wilgoci, zwiększonej możliwości namnażania się bakterii, wirusów, grzybów co wyklucza możliwość stosowania przez 7 dni.

Pytanie 40
dot. Pakietu nr 6
W celu zapewnienia ciągłości logistycznej dostaw oraz zachowania terminowości realizacji zamówień z poprzedniego przetargu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od otrzymania wezwania do dostawy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 dni roboczych od otrzymania wezwania do dostawy. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w dotychczasowym brzmieniu.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska
21-10-2026

Patrycja Aleksandrowicz
Radca Prawny
KI-1400

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
Krzysztof Bilas
22.10.2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Stefańska
inspektor