**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

**znak sprawy: EZ/226/2026/RŁ**

Kielce, 22.10.2026 r.

***Do wszystkich zainteresowanych***

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793). Przedmiotem zamówienia jest **„Zakup i dostawa materiałów medycznych dla potrzeb Kliniki Nefrologii i Transplantologii Nerek ze Stacją Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach"**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w powiązaniu z art. 286 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r poz. 793) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1**

**w Lp.1** czy Zamawiający dopuści dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, o powierzchni 1,4m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 266 ml/min, dla fosforanów 225ml/min, o współczynniku ultrafiltracji 38 (ml/godz x mmHg) i objętości wypełnienia 74 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; oraz dializatory o pow. 1,8m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 279 ml/min, dla fosforanów 244ml/min, o współczynniku ultrafiltracji (ml/godz-mmHg) 53 i objętości wypełnienia 95 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; do wyboru przez Zamawiającego, dializatory zmniejszające czynniki ryzyka w układzie sercowo-naczyniowym pacjentów, to znaczy: o wysokim współczynniku przesiewalności dla B2mikroglobuliny wynoszącym 0,7 oraz o niskim współczynniku dla albuminy wynoszącym < 0,001, dializatory o niskiej masie własnej dializatora, nie większej niż 100 gramów, co skutkuje niską produkcją odpadów „czerwonych" przez Zamawiającego;
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1**

**w Lp.2** czy Zamawiający dopuści dializatory wysokoprzepływowe, sterylizowane parą wodną, z błoną heliksonową, bez wypełnienia płynem, o powierzchni 2,2m, o klirensie dla mocznika wynoszącym 280 ml/min, dla kreatyniny 264 ml/min, dla fosforanów 253 ml/min, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500, dializatory zmniejszające czynniki ryzyka w układzie sercowo-naczyniowym pacjentów, to znaczy: o wysokim współczynniku przesiewalności dla B2mikroglobuliny wynoszącym 0,7 oraz o niskim współczynniku dla albuminy wynoszącym < 0,001, dializatory o niskiej masie własnej dializatora, nie większej niż 100 gramów, co skutkuje niską produkcją odpadów „czerwonych" przez Zamawiającego?
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

**Pytanie nr 3**
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 4 Pakiet nr 1, pozycja 1**
Czy Zamawiający dopuści dializatory wysokoprzepływowe z błoną syntetyczną polieterosulfonową (PES) ?
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 5 Pakiet nr 1, pozycja 1**
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego o powierzchni efektywnej 1,8 m² zarówno dla zapotrzebowania dotyczącego wariantu 1,4 m², jak i wariantu 1,8 m²?
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 6 Pakiet nr 1, pozycja 1**
Czy Zamawiający dopuści dla obu wariantów wymienionych w pozycji 1 dializator wysokoprzepływowy o powierzchni efektywnej 1,8 m² i następujących parametrach:
- klirens mocznika — **277 ml/min**;
- klirens fosforanów — **268 ml/min**;
- współczynnik ultrafiltracji — **60 ml/h/mmHg**;
- objętość wypełnienia — **109 ml**?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7 Pakiet nr 1, pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści dializator wysokoprzepływowy sterylizowany radiacyjnie?
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 8 Pakiet nr 1, pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści dializator wysokoprzepływowy o powierzchni efektywnej 2,2 m² i następujących klirensach:
- kreatyniny — **278 ml/min** zamiast 272 ml/min;
- fosforanów — **289 ml/min** zamiast 261 ml/min?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 9 Pakiet 1, pozycja 1**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dializatorów wysokoprzepływowych z błoną polieterosulfonową o następujących prametrach:

Powierzchnia 1,4m$^2$
klirens dla mocznika 263 ml/min
klirens dla fosforanów 239 ml/min
współczynnik ultrafiltracji (ml/godz/mmHg) 48
poziom wypełnienia 87 ml
mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500?
oraz
Powierzchnia 1,8m$^2$
klirens dla mocznika 278 ml/min
klirens dla fosforanów 269 ml/min
współczynniku ultrafiltracji (ml/godz/mmHg) 60
poziom wypełnienia 109 ml
mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500 ?
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 10 Pakiet 1, pozycja 2**
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dializatora wysokoprzepływowego z syntetyczną błoną polieterosulfonową, sterylizowanego radiacyjnie, o powierzchni 2,2m2, klirensie dla mocznika 289ml/min, klirensie dla kreatyniny 279 ml/min, klirensie dla fosforanów 288 ml/min mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500?
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 11 Pakiet 1, pozycja 1**
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr.1 pozycja nr.1, dializatorów z błoną syntetyczną polynefronową o powierzchni 1,5m2 i klirensie dla mocznika 270 ml/min. Dla fosforanów 233ml/min. Współczynnikiem ultrafiltracji ml/godz-mmHg) 67 i poziomie wypełnienia 95 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; - 1,9m2 i klirensie dla mocznika wynoszącym 280 ml/min. dla fosforanów 251ml/min. współczynnikiem ultrafiltracji (ml/godz-mmHg) 76 i poziomie wypełnienia 115 ml, mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; Dializatory charakteryzują się doskonałą biokompatybilnością i niską trombogennością dzięki zaawansowanej membranie polynefronowej, brak BPA i DEHP co przekłada się na zmniejszenie ryzyka zaburzeń endokrynnych i poprawia bezpieczeństwo pacjenta.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 12 Pakiet 1, pozycja 2**
Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr.1 pozycja nr.2 dializatorów wysokoprzepływowy sterylizowanych promieniami Gamma, 2.1m2 o klirensie dla mocznika wynoszącym 284 ml/min., dla kreatyniny 269 ml/min., dla fosforanów 256 ml/min. mierzone przy przepływie krwi Qb=300, dializatu Qd=500; Dializatory charakteryzują się doskonałą biokompatybilnością i niską trombogennością dzięki zaawansowanej membranie polynefronowej, brak BPA i DEHP co przekłada się na zmniejszenie ryzyka zaburzeń endokrynnych i poprawia bezpieczeństwo pacjenta.
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

PRS ISO 9001

## ZMIANA TERMINÓW

Jednocześnie Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach modyfikuje pkt. 28 oraz 29 SWZ tj. *termin składania i otwarcia ofert* i wyznacza nowe terminy w przedmiotowym postępowaniu.

Termin składania ofert: **28.10.2026 r. godz. 9:00**

Termin otwarcia ofert: **28.10.2026 r. godz. 9:30**

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zmienia treść **pkt. 23 SWZ- Termin związania ofertą** nadając mu nowe brzmienie:
*„Termin związania ofertą wynosi 30 dni tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **25.11.2026 r.***
*Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert".*

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
*Renata Łastowska*
Inspektor
Łastowska

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
*Krzysztof Bidas*

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
*mgr Edyta Kwaśniewska*
22-10-2026

*Krystian Jan Saks*
Radca Prawny
WA - 13940