



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszckielce.pl
www.wszckielce.pl



Kielce, dnia 23.10.2026 r.

Znak sprawy: EZ/238/2026/ESŁ

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2026, poz. 793 ze zm.) pn. „Zakup i dostawa wideo rhino-laryngoskopów dla potrzeb Kliniki Otorynolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(...) o ile ten każdorazowo trwał powyżej 5 dni roboczych.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 1a, 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 500,00zł do 200,00zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 1 pkt. 2c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 300,00zł do 100,00zł ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 30% do 15% ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów umowy § 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 8 ustępu o poniższej treści: „Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje ust. 7 do § 8 wzoru umowy o następującej treści: „7. Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych.”.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 2 do zaproszenia – pkt. 2

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „długość robocza min. 30 cm”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość roboczą min. 30 cm.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 2 do zaproszenia – pkt. 3

Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Wychylenie końcówki dystalnej o kąty (górze/dół) min.: +180°/-130°”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, gdyż zakres wychylenia w obu kierunkach (zarówno w górę, jak i w dół o min. 140°) jest kluczowy z punktu widzenia ergonomii pracy lekarza oraz precyzji manewrowania endoskopem w trudnych warunkach anatomicznych pacjenta. Proponowana przez Wykonawcę zmiana zakłada zmniejszenie zakresu wychylenia w dół do -130°, co ogranicza możliwości diagnostyczne i zabiegowe.

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 2 do zaproszenia – pkt. 6

W miejsce kompatybilności z posiadanym monitorem prosimy o możliwość zaoferowania własnego, dedykowanego monitora HD o przekątnej 10,1”, z wbudowanym systemem rejestracji zdjęć i filmów z polskim menu oraz możliwością zawieszenia na dowolnym uchwycie (standard VESA).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, gdyż posiada sprawną, wykwalifikowaną infrastrukturę sprzętową (monitory C-MAC).

Pytanie 12

dotyczy załącznika nr 3 do Zaproszenia – Projekt Umowy - § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b)



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
NIP: 959-12-91-292, Regon: 000289785
e-mail: szpital@wszkielce.pl
www.wszkielce.pl



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za zwłokę w dostawie urządzenia zgodnego z umową z 500,00 zł do 250,00 zł za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

dotyczy załącznika nr 3 do Zaproszenia – Projekt Umowy - § 8 pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych określonych w § 8 ust. 4 wzoru umowy z 30% do 20% wartości wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Prosimy o zmianę §6 wzoru umowy i dopuszczenie wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF, bez konieczności ich dodatkowego przesyłania w formie papierowej lub elektronicznej. Obecnie Wykonawca realizuje proces fakturowania za pośrednictwem KSeF.

Odpowiedź:

§6 ust. 3 i 4 wzoru umowy wskazuje na obowiązujący mechanizm przesyłania FV przez KSEF, bez konieczności równoległego dostarczania ich w innych formach.

Niniejsze pismo stanowi integralną część *Zaproszenia do składania ofert* i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień i dokonanych zmian.

ZMIANA TERMINÓW

W nawiązaniu do powyżej udzielonych odpowiedzi na pytania Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2026 r. o godzinie 10:00.

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska
23-10-2026

Z-CIA DYREKTORA
ds. techniczna
Krzysztof Bielec
23.10.2026

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Słowińska
SPECJALISTA

Radca Prawny
WA-13940
Krzysztof Jan Sokoł

