Minister Zdrowia

Postepowanie w ramach zadania pn. „Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2025 r.

EZ/239/2026/MZ Kielce, dn. 27.10.2026 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2026 r. poz. 793) na ***„Zakup sprzętu i aparatury w ramach Narodowego Programu Transplantacyjnego poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2025 r."***

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 – dot. ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany: bezprzewodowy hełm do pomiaru EEG z rokiem produkcji 2026 oraz Moduł-odbiornik do bezprzewodowej obsługi hełmu EEG z rokiem produkcji 2025?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dot. pakietu nr 4

Prosimy o dopuszczenie pupilometru neurologicznego o poniższym opisie:

- Przenośne urządzenie do pomiaru wielkości i odruchu źrenicznego metodą pupilometrii
- Pomiar z wykorzystaniem znormalizowanego wskaźnika oceny reaktywności źrenicy
- Pomiar źrenicy automatyczny
- Skala pomiarowa (rozmiar źrenicy) 0,8mm – 10 mm
- Kolorowy wyświetlacz LCD
- Mierzone parametry: wskaźnik neurologiczny źrenic, minimalna średnica źrenicy, maksymalna średnica źrenicy, czas opóźnienia zwężenia, prędkość zwężenia, maksymalna prędkość zwężenia, prędkość rozszerzenia
- Prezentacja wyników pomiarów w formie liczbowej
- Możliwość wykonywania pomiarów dla lewego i prawego oka
- Konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką
- Ergonomiczna obudowa umożliwiająca stabilne przyłożenie do oka pacjenta.
- Prezentacja wyników pomiarów na wyświetlaczu
- Możliwość zapisu wyników pomiarów
- Waga 344g
- Zasilanie: akumulatorowe z bezprzewodową ładowarką – podstawą stacja dokująca
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii

Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/36-71-269
e-mail. marta.zebala@wszzkielce.pl

- Urządzenie wyposażone w czytnik kodów kreskowych
- W zestawie 24 adaptery (wielorazowego użytku) do badania pacjenta

Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kwot kar umownych wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, odpowiednio o połowę licząc za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 – dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie maksymalnego progu kar umownych w § 8 ust. 2 do 20 % wartości umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 – dot. projektu umowy
Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu wskazanego w § 9 ust. 2 lit. c do 14 dni roboczych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są do złożenia ofert z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

ZMIANA TERMINÓW

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania i otwarcia ofert Zamawiający wyznacza na:

- Termin składania ofert: **02.11.2026 r. do godz. 9:30**
- Termin otwarcia ofert: **02.11.2026 r.** o godz. 10:00

W związku ze zmianą terminu składania ofert Zamawiający zmienia treść pkt. 23 SWZ – **Termin związania ofertą** nadając mu następujące brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 01.12.2026 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Marta Zębala
mgr Marta Zębala
INSPEKTOR

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska
27-10-2026

Krystian Jan Saks
Radca Prawny
WA - 13940
Dział Zamówień Publicznych
tel. 41/36-71-269
e-mail. marta.zebala@wszzkielce.pl

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
Krzysztof Bidas