*Postepowanie w ramach zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 pn.* ***„Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej"***

Kielce 03.11.2026 r.

**znak sprawy EZ/245/2026/SL**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793) na **Dostawa wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej" dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach**

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r poz. 793) Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Pytanie nr 1**
*dot. § 8 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, Pakiet nr 2*
Prosimy o obniżenie maksymalnego limitu kar umownych z 30% do 20% wartości umowy. Limit na poziomie 20% stanowi powszechnie stosowane i wystarczające zabezpieczenie interesów Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności oraz równowagi stron umowy. Obniżenie limitu nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy, natomiast ogranicza ryzyko na poziomie akceptowalnym i zgodnym z praktyką rynkową
**Odpowiedź:**
**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 2**
*Dot. § 8 ust. 2 lit. b) projektowanych postanowień umowy, Pakiet nr 2*
Wnosimy o obniżenie wysokości kary umownej określonej w § 8 ust. 2 lit. b) z kwoty 2.000,00 zł do 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki.
W ocenie Wykonawcy kara w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki stanowi wystarczające zabezpieczenie interesów Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu zasady proporcjonalności oraz równowagi kontraktowej stron. Proponowana zmiana nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy, a jedynie dostosowuje wysokość kary do charakteru i zakresu realizowanego zamówienia.
Obniżenie wysokości kary pozwoli również na ograniczenie kosztów ryzyka uwzględnianych w cenie oferty, co może przełożyć się na uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych warunków cenowych.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości kary umownej do poziomu 500,00 zł za każdy dzień zwłoki.
**Odpowiedź:**
**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 3**
*Dotyczy § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umowy, Pakiet nr 2*
Wnosimy o zmianę § 9 ust. 2 projektowanych postanowień umowy poprzez wydłużenie terminu uprawniającego Zamawiającego do odstąpienia od umowy z powodu zwłoki Wykonawcy z 5 do 14 dni roboczych.
W ocenie Wykonawcy termin 5 dni roboczych jest zbyt krótki, zwłaszcza w przypadku dostaw specjalistycznej aparatury medycznej, której realizacja może być uzależniona od procesów logistycznych, transportu międzynarodowego czy dostępności komponentów. Wydłużenie wskazanego terminu do 14 dni

**Dział Zamówień Publicznych**
tel. 41/30-33-517 fax. 41/366-00-14
e-mail. sylwia.lasa@wszzkielce.pl

roboczych pozwoli na zachowanie równowagi kontraktowej stron, przy jednoczesnym zapewnieniu Zamawiającemu odpowiedniej ochrony jego interesów.
Proponowana zmiana nie pozbawia Zamawiającego prawa do odstąpienia od umowy, lecz pozwala uwzględnić obiektywne okoliczności, które mogą wystąpić przy realizacji dostaw wyrobów medycznych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie nr 4**

*Dot. Załącznik nr 3 do SWZ, §3, ust. 5, Pakiet nr 2*

W związku z postanowieniem dotyczącym obowiązku przekazania kodów, haseł lub kluczy serwisowych, prosimy o potwierdzenie, że obowiązek ten należy rozumieć jako zapewnienie dostępu wyłącznie do takich kodów, haseł lub kluczy serwisowych, które są niezbędne do wykonania czynności serwisowych lub naprawczych dotyczących Przedmiotu Umowy, o ile dla wykonania danej czynności producent przewidział konieczność wykorzystania takiego dostępu. Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że spełnieniem powyższego wymagania będzie również zapewnienie dostępu do niezbędnych funkcji serwisowych na zasadach licencji, zgodnie z zasadami producenta dotyczącymi ochrony jego własności intelektualnej, poufności oraz bezpieczeństwa systemu. W przypadku gdy wykonywanie określonych czynności serwisowych lub naprawczych nie wymaga wykorzystania kodów, haseł lub kluczy serwisowych, obowiązek ich przekazania nie będzie miał zastosowania.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że powyższy wymóg nie oznacza obowiązku przekazania Zamawiającemu lub podmiotom trzecim nieograniczonego dostępu do wszystkich poziomów, funkcji, kodów, haseł lub kluczy serwisowych producenta, niezależnie od ich związku z czynnościami serwisowymi dotyczącymi Przedmiotu Umowy.

**Uzasadnienie:**

Celem proponowanego doprecyzowania jest jednoznaczne określenie zakresu obowiązku Wykonawcy oraz zapewnienie jego proporcjonalności do celu, któremu ma służyć, tj. umożliwienia wykonywania niezbędnych czynności serwisowych i naprawczych po zakończeniu okresu gwarancji.

W zależności od konstrukcji i architektury technicznej danego urządzenia wykonywanie określonych czynności serwisowych może nie wymagać wykorzystania kodów, haseł lub kluczy serwisowych. Jednocześnie określone mechanizmy dostępu mogą stanowić element chronionych rozwiązań producenta i być udostępniane użytkownikom lub podmiotom serwisowym na zasadach licencyjnych.
Dlatego, zdaniem Wykonawcy, wymaganie powinno odnosić się do zapewnienia realnego dostępu do funkcji niezbędnych do wykonywania wymaganych czynności serwisowych, a nie być interpretowane jako bezwarunkowy obowiązek przekazania wszelkich kodów, haseł, kluczy lub innych poziomów dostępu pozostających w dyspozycji producenta.
Takie rozwiązanie realizuje cel Zamawiającego polegający na zapewnieniu możliwości serwisowania urządzenia po zakończeniu okresu gwarancji, a jednocześnie uwzględnia zasady ochrony własności intelektualnej oraz rozwiązania techniczne i bezpieczeństwa stosowane przez producenta.
Prosimy o potwierdzenie powyższego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy § 2 ust. 6 oraz § 6 ust 7 wzoru umowy.**
**Każdy z producentów posiada różną formułę generowania kodów zabezpieczających dostęp do opcji serwisowych aparatu (kody stałe, kody zmienne) dlatego Zamawiający nie określa formuły ich przekazywania na etapie przedmiotowej umowy. Zamawiający po upływie okresu gwarancji zobowiązany jest zlecić świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, dlatego wymaga dostarczenia urządzenia wraz z pełnym**

**oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami serwisowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzenia. W celu należytego świadczenia usługi serwisu pogwarancyjnego, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia, w przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnymi kodami dostępu do urządzenia to w istocie uniemożliwi sobie przeprowadzenie konkurencyjnego postępowania na pogwarancyjną obsługę serwisową sprzętu. W przypadku gdy dostęp do opcji serwisowych aparatu zgodnie z procedurą wewnętrzna Wykonawcy udostępniany jest na bazie umowy licencyjnej udostępnienie winno nastąpić po upływie okresu gwarancji na podstawie umowy licencji nieodpłatnej wraz z określeniem pól eksploatacji.**
**Zamawiający potwierdza, iż wymaga dostępu wyłącznie do kodów, haseł lub kluczy serwisowych, które są niezbędne do wykonywania czynności serwisowych lub naprawczych dotyczących przedmiotu umowy o ile do wykonania danej czynności producent przewidział konieczność wykorzystania takiego dostępu.**

**Pytanie nr 5**
*Dot. Załącznik nr 2.2 do SWZ – zestawienie parametrów techniczno-funkcjonalnych echokardiografu, Pakiet nr 2*
Prosimy o potwierdzenie, że użyte w pkt 16 określenie „głowice obrazowane" stanowi omyłkę pisarską, a prawidłowe sformułowanie brzmi: „głowice obrazowe".
**Odpowiedź:**
**Tak, Zamawiający potwierdza, iż doszło do omyłki pisarskiej.**

**Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień. Pozostałe warunki Specyfikacji pozostają bez zmian**

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
*mgr Edyta Kwaśniewska*
03-11-2026

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
*Krzysztof Bidas*
2026-11-04

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
*Sylwia Lasa*
INSPEKTOR

*Krystian Jan Saks*
Radca Prawny
WA-13940

