Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
Tel.: 41/36-71-301, fax: 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

Kielce, dn. 05.11.2026 r.

znak sprawy EZ/204/2026/MK

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 poz.793). Przedmiotem zamówienia są ***„Dostawy zespoleń neurochirurgicznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach".***

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1- dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SWZ)
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 pkt. 2):
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
2) Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1,
b) za zwłokę w dostawie towaru zgodnego z umową lub przedmiotem użyczenia3 – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
c) za zwłokę w usunięciu wad, braków lub niezgodności towaru z umową, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi – w wysokości 50,00 zł, licząc za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w umowie,
d) w razie niestarannego lub niezgodnego z umową wykonania dostaw w zakresie opakowania towaru, transportu w warunkach niezgodnych z zaleceniami producenta, dostawy towaru z krótszym okresem przydatności do użycia niż gwarantuje wykonawca, każdorazowo w wysokości 100,00zł za stwierdzone uchybienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 2- dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3, 3a do SWZ)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §4 ust. 2 Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 3a do SWZ poprzez ustalenie terminu dostawy i uzupełnienia depozytu na 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?
Wykonawca wskazuje, że termin 5 dni roboczych jest niezbędny do sprawdzenia dostępności, skompletowania pełnego asortymentu oraz zorganizowania transportu. Pozwoli to ograniczyć ryzyko opóźnień i zapewnić prawidłową realizację dostaw.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie ze wzorem umowy. Termin dostawy oraz uzupełnienia depozytu wskazany we wzorze umowy stanowi kryterium oceny ofert, w związku z czym nie może zostać z góry określony.

Pytanie nr 3- dotyczy wzoru umowy (Załącznik nr 3, 3a do SWZ)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §10 ust. 3 Załącznika nr 3 oraz Załącznika nr 3a do SWZ poprzez obniżenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych z 30% do 25% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy?
W ocenie Wykonawcy limit kar umownych na poziomie 30% jest nadmierny i nieproporcjonalny do zakresu możliwych naruszeń. Obniżenie limitu do 25% zachowa funkcję zabezpieczającą kar, a jednocześnie zapewni właściwą równowagę kontraktową stron.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 4- dotyczy pakietu 16
Czy Zamawiający dopuści do postępowania: "Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego stałonatężeniowy, nieładowalny 16 kontaktowy, dopuszczony do bezpiecznego badania MRI całego ciała niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym
*wyposażony w technologię niezależnej kontroli każdego kontaktu w odstępach 1% (MICC) oraz umożliwiającego stosowanie stymulacji tonicznej, FAST, Contour, typu burst oraz jednoczasowej kombinowanej,
*możliwość ustawienia do 64 obszarów stymulacji, w ramach 16 programów
*maksymalne natężenie 25.5 mA
*maksymalne wymiary: wysokość 72 mm, szerokość 50 mm, grubość 12 mm
*możliwość zastosowania 2 elektrod przezskórnych 8-kontaktowych, lub 1 chirurgicznej 16-kontaktowej;
*elektrody chirurgiczne szesnastokontaktowe, dwukolumnowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 50 lub 70 centymetrów,
*elektrody przezskórne ośmiokontaktowe o długości do wyboru; 50 lub 70 centymetrów;
*elektrody umożliwiają wykonanie badania MRI całego ciała bez względu na poziom implantacji w kanale kręgowym,
*długość łączników do wyboru: 35 lub 55 centymetrów;
*stymulator kompatybilny z bezprzewodowym programatorem, bezpłatnie użyczanym na czas trwania umowy
*programator pacjenta bezprzewodowy w technologii Bluetooth do bezpiecznej obsługi w wielu językach i przy pomocy piktogramów
Czy w poz. 2 Zamawiający dopuści elektrodę dwurzędową 16 kontaktową?
Czy w poz. 3 Zamawiający dopuści elekrodę 8-kontaktową o rozstawie kontatków 1mm lub 4mm?
Czy Zamawiający dopuszcza wielorazowy stymulator próbny, bezpłatnie użyczany na potrzeby stymulacji próbnej, zamiast jednorazowych głowic do stymulatora próbnego (poz. 6)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zaproponowany asortyment różni się w sposób istotny od wymaganego w SWZ.

Pytanie nr 5- dotyczy pakiet 20
Czy Zamawiający dopuści do postępowania: "Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego stałonatężeniowy, nieładowalny 16 kontaktowy, dopuszczony do bezpiecznego badania MRI całego ciała niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym
- wyposażony w technologię niezależnej kontroli każdego kontaktu w odstępach 1% (MICC) oraz umożliwiającego stosowanie stymulacji tonicznej, FAST, Contour, typu burst oraz jednoczasowej kombinowanej,
- możliwość ustawienia do 64 obszarów stymulacji, w ramach 16 programów

- maksymalne natężenie 25.5 mA
- maksymalne wymiary: wysokość 72 mm, szerokość 50 mm, grubość 12 mm
- możliwość zastosowania 2 elektrod przezskórnych 8-kontaktowych, lub 1 chirurgicznej 16-kontaktowej;
- elektrody chirurgiczne szesnastokontaktowe, dwukolumnowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 50 lub 70 centymetrów,
- elektrody przezskórne ośmiokontaktowe o długości do wyboru; 50 lub 70 centymetrów;
- elektrody umożliwiają wykonanie badania MRI całego ciała bez względu na poziom implantacji w kanale kręgowym,
- długość łączników do wyboru: 35 lub 55 centymetrów;
- stymulator kompatybilny z bezprzewodowym programatorem, bezpłatnie użyczanym na czas trwania umowy
- programator pacjenta bezprzewodowy w technologii Bluetooth do bezpiecznej obsługi

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuszcza stymulator zewnętrzny próbny wielokrotnego użytku w bezpłatnym użyczeniu, natomiast do stymulacji próbnej uwzględnienie "1szt Kabla do stymulacji próbnej (sterylny) +1szt Pas Pacjenta do stymulatora zewnętrznego"?

Czy w poz. 8 Zamawiający dopuszcza bezpłatne użyczenie programatora Pacjenta (pilota) do stymulacji próbnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Zaproponowany asortyment różni się w sposób istotny od wymaganego w SWZ.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Magdalena Kuszewska
INSPEKTOR

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Sebastian Szaniawski

Krystian Jan Saks
Radca Prawny
WA - 13940

Z-CA DYREKTORA
ds. lecznictwa
Krzysztof Bidas
2026 -11- 06