Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

ISO 9001

Kielce dn. 23.11.2026 r.

EZ/251/2026/UG

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż 170 000,00 zł netto, prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień do 170 000,00 zł netto, stanowiącego Załącznik nr 10 do Regulaminu Zamówień Publicznych obowiązującego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 793) pn. „Sukcesywne dostawy testów combo na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach", znak sprawy: EZ/251/2026/UG.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 informuję, iż została wyłoniona najkorzystniejsza oferta złożona w ramach przedmiotowego postepowania przez firmę:

Pakiet 1 Testy Combo
W wyniku dokonania badania i oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy:

BioMaxima S.A.
adres: ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin województwo lubelskie,
REGON 432519331, NIP 946-23-60-625, KRS 0000313349
Wartość brutto oferty: 36 450,00 zł

Streszczenie ofert:

Nazwa firmy	Wartość brutto	Punktacja
BioMaxima S.A. **adres: ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin** **województwo lubelskie,** **REGON 432519331, NIP 946-23-60-625, KRS 0000313349**	**36 450,00 zł**	**100**

Ponadto Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, informuje o odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę . DIATHER PETRUSEWICZ Spółka komandytowa adres: ul. Ku Ujściu 19, 80-701 Gdańsk województwo pomorskie REGON 145757268 NIP 5252517389 KRS 0000396320, z uwagi na niezgodność zaoferowanego produktu z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu do składania ofert, w zakresie parametrów czułości i swoistości diagnostycznej testu COMBO 6w1.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
tel. 41/36-71-301
fax. 41/34-50-623
e-mail: szpital@wszzkielce.pl
www.wszzkielce.pl

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał, aby oferowany test spełniał następujące minimalne parametry:

- grypa typu A – swoistość minimum 97%;
- grypa typu B – czułość minimum 93%.

Z przedłożonej przez Wykonawcę dokumentacji produktu Flu A&B/2019-nCoV/RSV/ADV/MP Antigen Combo Test, nr katalogowy W771P0002, wynika, że oferowany test charakteryzuje się następującymi parametrami:

- grypa typu A – swoistość 92,52%, tj. poniżej wymaganego minimum 97%;
- grypa typu B – czułość 91,86%, tj. poniżej wymaganego minimum 93%.

Wskazane parametry nie spełniają minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zaproszenia do składania ofert, co stanowi podstawę do odrzucenia oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Dział Zamówień Publicznych
mgr Urszula Gierada
SPECJALISTA

Z-CA DYREKTORA
ds. Organizacyjno-administracyjnych
mgr inż. Stefan Bąk
2026 - 11 - 25

Z-ca Kierownika
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Edyta Kwaśniewska
24 -11- 2026

24. 11. 2026
RADCA PRAWNY
KL-1407
Agnieszka Zwierzchowska-Łucka