



Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623
e-mail: wszkielce@poczta.onet.pl

Dział Zamówień Publicznych

tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/103/2010

Kielce, dnia 12.07.2010 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania EZ/ZP/103/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania wysokiej klasy, aparatu do znieczulania – klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Załącznik nr 1 do SIWZ

Dotyczy pkt. 15, 16, 17

Pytanie nr 1

W związku z tym, że jest pewna sprzeczność między systemem mocowania parownika w aparacie i samych parowników, prosimy o określenie czy Zamawiający pragnie zamówić system mocowania typu Draeger (w aparacie) czy Selectatec (obydwa parowniki). W związku z tym, że w załączniku nr 2 pojawia się system Selectatec, przypuszczamy, że zamawiający pragnie dostarczenia kompatybilnego mocowania typu Selectatec.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący pkt. 15 zał. w zał. nr 1 do SIWZ, czyli oczekuje uchwytu do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie w systemie Draeger.

Zamawiający rezygnuje z dostarczenia parownika do Sevofluranu z wlewem typu QF oraz adapterem do szybkiego opróżniania i mocowaniem Selectatec (pkt. 16 zał. nr 1 do SIWZ) oraz rezygnuje z parownika do Desfuluranu i mocowaniem Selectatec (pkt. 17 zał. nr 1 do SIWZ).

Jednocześnie zamawiający informuje, że w zał. nr 2 do SIWZ (aparat do znieczulania ogólnego klasy średniej) pkt. 54 oczekuje uchwytu do zamontowania parownika w systemie draeger oraz, że rezygnuje z dostarczenia parownika do Sevofluranu z mocowaniem typu Selectacet i wlewem typu QF; na wyposażeniu adapter do szybkiego opróżniania parownika ujęte (pkt. 57 zał. nr 2 do SIWZ).

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
inż Andrzej Domański**