



**Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach**

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45  
tel: (0-41) 36-71-301, fax: (0-41) 34-50-623  
e-mail: wszkiecelce@poczta.onet.pl

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. (041) 36-71-259, -269, -339



EZ/ZP/107/2010

Kielce, dnia 26.07.2010 r.

## **Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy:** Postępowania EZ/ZP/107/2010 na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi: aparatu do znieczulania wysokiej klasy, aparatu do znieczulania – klasy średniej dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 777 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje system mocowania typu Selectatec w obydwu pakietach tj. aparat do znieczulania klasy średniej - 1 szt. aparat do znieczulania klasy wysokiej – 1 szt. Ponieważ obydwa aparaty spełniające wymogi postępowania z mocowaniem typu Selectatec są obecnie w trakcie transportu, nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostarczyć aparaty w terminie oczekiwanym przez Zamawiającego. Natomiast analogiczne aparaty z systemem mocowania typu Dräger musiałyby być wyprodukowane i dostarczone ewentualnie w terminie późniejszym – nie odpowiadającym warunkom podanym w SIWZ.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający nie wymaga takiego rozwiązania, ale je dopuszcza.

**Z-ca Dyrektora  
ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych  
inż Andrzej Domański**